

UBND H. ĐỒNG XUÂN
TTYT H. ĐỒNG XUÂN

Số: 16 /TB-TTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Đồng Xuân, ngày 18 tháng 03 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

“V/v cung cấp báo giá thiết bị Y tế tuyến trạm năm 2025”

Kính gửi: Nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Đồng Xuân đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua thiết bị Y tế tuyến trạm năm 2025. Gồm các nội dung sau:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Trung tâm Y tế huyện Đồng Xuân, 109A Trần Phú, Khu phố Long Thắng, Thị trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Nguyễn Đức Mạnh
- Chức vụ: Nhân viên Khoa Dược-TTB-VTYT
- SĐT: 0389783875
- Gmail: Khoaduoc.ttythdx@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược, 109A Trần Phú, Khu phố Long Thắng, Thị trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
- Qua gmail: Khoaduoc.ttythdx@gmail.com

Ghi chú: Bảng chào giá được bỏ trong phong bì niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ nội dung bảng chào giá: Gói thầu kiểm định phương tiện đo

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ 08h ngày 19 tháng 03 năm 2025 đến trước 17h ngày 30 tháng 03 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

- 45 ngày, kể từ ngày 30 tháng 03 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- 1. Danh mục hàng hóa:** Theo phụ lục đính kèm

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Khoa Dược, 109A Trần Phú, Khu phố Long Thăng, Thị trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

3. Thời gian giao hàng dự kiến:

- Cung cấp dịch vụ theo yêu cầu không muộn hơn 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Trung tâm y tế huyện Đồng Xuân

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không

5. Các thông tin khác (nếu có): Không

Rất mong được sự hợp tác của các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website TTYT H. Đồng Xuân;
- Lưu : VT, Dược.



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Quang Trung


TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐỒNG XUÂN
 (Kèm theo biên bản đấu giá số: 46 /TB-TTYT ngày 18 tháng 03 năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Đồng Xuân)

PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA

STT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	SỐ LƯỢNG
1	Bàn tiểu phẫu	Kích thước: 1800 x 600 x 650mm	Cái	1
2	Bộ tiểu phẫu 11 món	Cán dao số 3, cán dao số 4, kéo 14cm, kéo 16cm, pen thẳng 12cm, pen cong 12cm, nhíp 14cm không máu, nhíp 14cm có máu, lưỡi dao, cây thông lòng máng, cây chọc.	Bộ	7
3	Bóng đèn hồng ngoại 250w	Đèn hồng ngoại 250w, sử dụng cho đèn gù hồng ngoại	Cái	4
4	Đèn gù hồng ngoại chân cao 1m7, kèm bóng	Chân cao 1m7, kèm bóng	Cái	2
5	Bảng ca khiêng cầm tay	Kích thước 55x200cm	Cái	2
6	Chén Inox	Kích thước 8x5cm	Cái	6
7	Hộp hấp bông sấy	Kích thước 21x16cm	Hộp	1
8	Hộp Inox tròn	Hộp đựng bông cotton, kích thước 8*8cm	Hộp	2
9	Kéo cắt chỉ	Kích thước: 14cm thẳng 2 đầu nhọn	Cái	9
10	Kéo đầu nhọn cong	Kích thước 14cm	Cái	1
11	Kéo đầu nhọn thẳng	Kích thước 14cm	Cái	4
12	Kéo thẳng nhọn tù	Kích thước 14cm	Cái	4
13	Kéo thẳng nhọn tù	Kích thước 18 cm	Cái	6
14	Khay hạt đậu	Kích thước: 20*13(sâu 2.3cm)	Cái	2
15	Kiểm kẹp kim khâu	Kích thước 14cm	Cái	6
16	Máy điện châm	6 kênh	Máy	7
17	Máy Huyết áp điện tử	Máy đo tự động hoàn toàn, thao tác đo đơn giản. Độ chính xác cao.	Máy	5


TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐỒNG XUÂN

STT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	SỐ LƯỢNG
18	Máy Huyết áp người lớn	-Đồng hồ: 20 ~ 300mmHg; - Độ chính xác: +/- : 3mmHg - Hệ thông hơi: Túi vải với túi hơi cao su; - Quả bóp và Van dùng đo huyết áp cho người lớn	Máy	8
19	Máy Huyết áp trẻ em	-Đồng hồ: 20 ~ 300mmHg; - Độ chính xác: +/- : 3mmHg - Hệ thông hơi: Túi vải với túi hơi cao su; - Quả bóp và Van dùng đo huyết áp cho người lớn	Máy	6
20	Máy massage cầm tay	10 tốc độ và 12 chế độ, không dây và có thể sạc, thiết kế tiện dụng, 6 đầu massa có thể thay đổi	Máy	3
21	Nhiệt kế điện tử	Dòng nhiệt kế hồng ngoại hiện đại, đo chính xác và cho kết quả nhanh	Cái	2
22	Nhiệt kế thủy ngân	Dùng đo nhiệt độ cơ thể ở 3 vị trí khác nhau: Miệng, nách và hậu môn. Sản phẩm có vạch chia độ rõ nét giúp người dùng dễ quan sát và đọc được nhiệt độ	Cái	2
23	Nhiệt ẩm kế treo tường	Thiết kế Bềng thép không gỉ, kính bảo vệ, chữ số lớn dễ đọc, Đường kính: 127mm, Độ dày: 19,5mm, Đo nhiệt độ trong phạm vi từ: -20 đến-100 °C, Đo độ ẩm từ: 0~100 Rel. %	Cái	2
24	Nồi hấp tiệt trùng 20 lít	Kích thước buồng hấp (đường kính x chiều sâu): Ø 23 x 46 cm, giải nhiệt độ: 110 – 1250C, giải áp suất sử dụng: 0 – 0.16 Mpa, áp suất tối đa: 0.18 Mpa. Hoạt động: nhấn nút khởi động → gia nhiệt → xả khí → tiệt trùng → chạy theo thời gian → làm nguội → đèn tắt → mở nắp	Cái	4
25	Ông nghe tim thai	Chất liệu nhựa cứng cáp hoặc bằng nhôm đánh bóng, cực kì nhẹ. Được sử dụng để nghe âm thanh nhịp tim phổi thai trong bụng mẹ.	Cái	2

STT	Tên hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	SỐ LƯỢNG
26	Pank có mẫu	Kích thước 18 cm	Cái	4
27	Pank không mẫu	Kích thước 18 cm	Cái	7
28	Fridge-tag 2 L (Thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động)	Kích thước bên ngoài: 128x75x19 mm, màn hình: 95x27 mm, trong lượng: 112 g	Cái	2
Tổng cộng: 28 mặt hàng				